



SYSTEME OUEST AFRICAIN D'ACCREDITATION (SOAC) WEST AFRICAN ACCREDITATION SYSTEM (WAAS)

COCODY-II PLATEAUX, Rue K104 X K125, N°303 Abidjan, Côte d'Ivoire
www.soac-waas.org / info@soac-waas.org / +225 07 88 72 68 00 / +225 07 88 72 08 17

ATTESTATION D'ACCREDITATION / CERTIFICATE OF ACCREDITATION No. BM24012 version 00

Convention / Agreement No. SOAC-BM24012

Le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) atteste que : /
The West African Accreditation System (WAAS) certify that:

CENTRE D'INFECTIOLOGIE CHARLES MERIEUX
Rue du Dr Charles Mérieux, Ex-Base aérienne, BP E2283, Bamako, Mali

Satisfait aux exigences de la norme / *Meets the requirements of the standard*
ISO 15189 : 2012

Pour les activités d'analyses en / *For analysis activities in :*
**BIOCHIMIE,
HEMATOLOGIE,
IMMUNOLOGIE,
MICROBIOLOGIE**

Réalisées par / *Carried out by :*

Laboratoire Rodolphe Mérieux
BP E2283, Bamako, Mali
Rue du Dr Charles Mérieux, Ex-Base aérienne
Téléphone / *Phone* : (+223) 20 22 51 54
Email : contact@cicm-mali.org
Site web : www.cicm-mali.org
Contact : M. Abderrhamane MAIGA

Les activités d'analyses objet de l'accréditation sont définies dans l'annexe technique jointe. / *Analysis activities subject of accreditation are defined in the attached technical annex*

La présente attestation est valable du / *This certificate is valid from* **22/05/2025** au /
through **21/05/2027**.

Marcel GBAGUIDI

Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General



L'accréditation suivant la norme internationale ISO 15189 démontre une compétence technique pour un domaine d'application défini et le fonctionnement d'un système de gestion de la qualité d'un laboratoire de biologie médicale. / *The accreditation in accordance with the international standard ISO 15189 demonstrates technical competence for a defined scope of application and the operation of a medical laboratory quality management system.*

La portée d'accréditation à jour et sa validité doivent être vérifiées sur le site du SOAC / *The current Scope of Accreditation and its validity must be verified on the SOAC website* (www.soacwaas.org).

La présente attestation n'est valide qu'accompagnée de son annexe technique / *This certificate is only valid if accompanied by its technical annex.*



ANNEXE TECHNIQUE / TECHNICAL ANNEX

à l'attestation / to the certificate No. BM24012 version 00

L'entité juridique ci-dessous désignée / *The legal entity herein referred to as :*

CENTRE D'INFECTIOLOGIE CHARLES MERIEUX
Rue du Dr Charles Mérieux, Ex-Base aérienne, BP E2283, Bamako, Mali

est accrédité par le Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC) selon la norme
is accredited by the West African Accreditation System (WAAS) in accordance with

ISO 15189 : 2012 pour son laboratoire d'analyses / *for its analysis laboratory :*

Laboratoire Rodolphe Mérieux

BP E2283, Bamako, Mali

Rue du Dr Charles Mérieux, Ex-Base aérienne

Téléphone / Phone : (+223) 20 22 51 54

Email : contact@cicm-mali.org

Site web : www.cicm-mali.org

Contact : M. Abderrhamane MAIGA

Unité technique concernée / *Technical unit concerned :*

LABORATOIRE RODOLPHE MERIEUX

L'accréditation est accordée pour le domaine suivant / *Accreditation is granted in accordance with the following field :*

**BIOCHIMIE,
HEMATOLOGIE,
IMMUNOLOGIE,
MICROBIOLOGIE**

Elle porte sur : voir page suivante. / *It concerns : see next page.*



Unité technique / *Technical Unit* : **BIOCHIMIE**

Activités d'analyses accréditées / Accredited analysis activities

Nature de l'échantillon biologique / <i>Nature of the biological sample</i>	Nature de l'examen/analyse / <i>Nature of the examination/analysis</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>	Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...) / <i>Remarks (Limitations, critical parameters, ...)</i>
Plasma	Glycémie	Méthode Hexokinase Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 3L82-22 Cobas C311 Ref: 20767131322	-
Plasma	ASAT	Méthode Enzymatique Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 7D81-22 Cobas C311 Ref: 20764949322	-
Plasma	ALAT	Méthode Enzymatique Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 7D56-22 Cobas C311 Ref: 20764957322	-
Plasma	Cholestérol	Méthode Colorimétrique Enzymatique Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 7D62-22 Cobas C311 Ref: 03039773190	-
Plasma	Triglycéride	Méthode GPO, Colorimétrique Enzymatique Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 7D74-22 Cobas C311 Ref: 20767107322	-



Nature de l'échantillon biologique / <i>Nature of the biological sample</i>	Nature de l'examen/analyse / <i>Nature of the examination/analysis</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>	Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...) / <i>Remarks (Limitations, critical parameters, ...)</i>
Plasma	Bilirubine Totale	Méthode DMSO, Colorimétrique diazo Automatisé : Architect C4000 N°1 et Cobas C311	Architect C4000 N°1 Ref: 6L45 Cobas C311 Ref: 05795397190	-

Portée fixe / fixed scope :

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les méthodes de la portée d'accréditation ne peuvent pas être modifiées. / *The laboratory is recognized as competent to carry out tests in strict compliance with the methods mentioned in the scope of accreditation. Accreditation scope methods cannot be changed.*



Unité technique / *Technical Unit* : **IMMUNOLOGIE**

Activités d'analyses accréditées / Accredited analysis activities

Nature de l'échantillon biologique / <i>Nature of the biological sample</i>	Nature de l'examen/analyse / <i>Nature of the examination/analysis</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>	Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...) / <i>Remarks (Limitations, critical parameters, ...)</i>
Sérum	HIV	Méthode ELFA Sandwich, Chimie luminescence Automatisé : VIDAS 3 et Architect i1000	VIDAS Ref: 30443 Architect i1000 Ref: 04J2727	-
Sérum	Ag HBs	Méthode ELFA Sandwich, Chimie luminescence Automatisé : Vidas 3 et Architect i1000	VIDAS Ref: 30315 Architect i1000 Ref: 02G22-25	-

Portée fixe / fixed scope :

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les méthodes de la portée d'accréditation ne peuvent pas être modifiées. / *The laboratory is recognized as competent to carry out tests in strict compliance with the methods mentioned in the scope of accreditation. Accreditation scope methods cannot be changed.*



Unité technique / *Technical Unit* : **HEMATOLOGIE**

Activités d'analyses accréditées / *Accredited analysis activities*

Nature de l'échantillon biologique / <i>Nature of the biological sample</i>	Nature de l'examen/analyse / <i>Nature of the examination/analysis</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>	Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...) / <i>Remarks (Limitations, critical parameters, ...)</i>
Sang total	Numération Formule Sanguine (GR/GB/HB/ PLAQ)	Méthode Impédancemétrie, Cytométrie en flux Automatisé : Sysmex XN1000 et XN550	Sysmex XN1000 et XN550 Ref : CT-661-628 Ref : BL-121-531 Ref : 904-1131-7	-

Portée fixe / *fixed scope* :

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les méthodes de la portée d'accréditation ne peuvent pas être modifiées. / *The laboratory is recognized as competent to carry out tests in strict compliance with the methods mentioned in the scope of accreditation. Accreditation scope methods cannot be changed.*



Unité technique / *Technical Unit* : **MICROBIOLOGIE**

Activités d'analyses accréditées / Accredited analysis activities

Nature de l'échantillon biologique / <i>Nature of the biological sample</i>	Nature de l'examen/analyse / <i>Nature of the examination/analysis</i>	Principe de la méthode / <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode / <i>Reference of the method</i>	Remarques (Limitations, paramètres critiques, ...) / <i>Remarks (Limitations, critical parameters, ...)</i>
Sang total	Hémoculture	Mise en culture (ensemencement) Automatisé Bact Alert 3D, Bact Alert VIRTUO	Alert 3D, Bact Alert VIRTUO Ref: 410853 Ref : 410851 Ref : 410852	-
Colonies bactériennes	Coloration de Gram	Technique manuelle de mise en évidence des propriétés de la paroi bactérienne	Colorants de Gram (Bio Mérieux) R1 : Ref. 55545 R2: Ref. 55546 R3: Ref. 55547 R4: Ref. 55548	
Suspension bactérienne	Identification par Vitek 2 Compact	Automatisé VITEK 2 C1 et VITEK 2 C2 Caractérisation biochimique (spectrophotométrie, colorimétrie, ...)	VITEK 1 et VITEK 2 GN 21341 GP 21342 YST 21343 NH 21346 ANC 21347	-
Colonies bactériennes	Identification par Vitek MS Prime	Automatisé VITEK MS PRIME Caractérisation biochimique (spectrophotomètre de masse Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight (MALDI-TOF)	VITEK MS PRIME MS-DS 410893 MS-CHCA 411071 MS-FA 411072 MOULD KIT 415680	-



Portée fixe / fixed scope :

Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les essais en respectant strictement les méthodes mentionnées dans la portée d'accréditation. Les méthodes de la portée d'accréditation ne peuvent pas être modifiées. / *The laboratory is recognized as competent to carry out tests in strict compliance with the methods mentioned in the scope of accreditation. Accreditation scope methods cannot be changed.*

Marcel GBAGUIDI

Le Représentant Résident - Directeur Général
The Resident Representative - Director-General



La présente annexe technique est valable du / *This technical annex is valid from* **22/05/2025** au / *through* **21/05/2027**.

Cette annexe technique pourra faire l'objet de modifications par avenant de la part du SOAC / *This technical annex may be modified by amendment by SOAC.*

Elle annule et remplace toute annexe technique antérieure, à compter de la date de début de validité mentionnée ci-dessus / *It shall cancel and replace any previous technical annex, as from the date of commencement of validity mentioned above.*

L'organisme accrédité doit conserver les annexes techniques périmées conformément à ses dispositions et dans le respect des exigences réglementaires et légales / *The accredited body must keep the outdated technical annexes in accordance with its arrangements and in compliance with regulatory and legal requirements.*